


Ноутбук/планшет с внешней точкой доступа (Edimax)

Руководство пользователя


Содержание

Правовое уведомление.....	3
Конфигурация.....	3
Точка доступа, подключенная к рабочей станции посредством сетевого кабеля.....	4

Правовое уведомление



Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsels - Belgium (Бельгия)

Дополнительная информация о продукции Agfa представлена на сайте agfaradiologysolutions.com.

Agfa и ромб Agfa являются товарными знаками компании Agfa-Gevaert N.V., Belgium (Бельгия) или ее филиалов. NX и MUSICA являются товарными знаками компании Agfa NV, Belgium (Бельгия) или одного из ее филиалов. Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам и используются в настоящем документе в целях информирования и без намерения нарушить чьи-либо права.

Agfa NV не предоставляет гарантий и не принимает рекламаций, прямых или подразумеваемых, относительно достоверности, полноты или полезности содержащейся в данном документе информации, а также, в частности, не гарантирует пригодность информации для конкретной цели. Продукты и услуги могут быть недоступны на отдельно взятой территории. Информацию о доступности продукции и услуг можно получить у местного торгового представителя компании. Agfa NV прикладывает все усилия, чтобы предоставлять как можно более точную информацию, однако не несет ответственности за возможные типографские опечатки. Agfa NV ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования или невозможности использования любой информации, оборудования, методов или способов, упомянутых в данном документе. Agfa NV оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного уведомления. Оригинальная версия настоящего документа составлена на английском языке.

© Agfa NV, 2024

Все права сохранены.

Издано компанией Agfa NV

2640 Mortsels, Belgium (Бельгия)

Воспроизведение, копирование, изменение или передача в любой форме и любым способом содержания данного документа, полностью или частично, запрещено без письменного разрешения Agfa NV

Конфигурация

В конфигурациях Mobile DR и Ultra Mobile DR содержится беспроводный детектор DR и переносная рабочая станция MUSICA Acquisition Workstation и поддерживается беспроводный

обмен данными между детектором и рабочей станцией и между рабочей станцией и больничной компьютерной сетью.

Для управления сетевыми подключениями требуется вмешательство пользователя в зависимости от конфигурации.

В конфигурации Mobile DR рабочая станция MUSICA Acquisition Workstation развернута на переносном ПК.

В конфигурации Ultra Mobile DR рабочая станция MUSICA Acquisition Workstation развернута на планшетном ПК.

Для получения указаний по безопасному использованию, назначению и общих инструкций по эксплуатации обратитесь к документации пользователя детектора DR.

Точка доступа, подключенная к рабочей станции посредством сетевого кабеля

Детекторы DR:

- DR 10s, DR 14s
- DR 10e, DR 14e, DR 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

Рабочая станция осуществляет обмен данными с детектором также и через точку доступа. Рабочая станция осуществляет обмен данными с беспроводной больничной компьютерной сетью через встроенный адаптер wifi. Оба подключения активны одновременно.

Для управления сетевыми подключениями не требуется никакого вмешательства пользователя.



Рисунок 1. Точка доступа, подключенная к рабочей станции посредством сетевого кабеля

Пример точки доступа, которую можно использовать в данной конфигурации: Edimax 6288.